



MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA
SANTA CECÍLIA-SC

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022

Processo Administrativo Nº 23/2022

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: ALMIR JOSÉ ALVES DE MOURA

Data de Publicação: 12/09/2022 15:43:55

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 14/10/2022 08:48:56

1 - Equipamento Analisador de Hematologia Automatizado com no mínimo os seguintes parâmetros: características gerais de estação integrada com tela de toque, acesso com senha, possuir no mínimo duas agulha

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Unidades	Marca: Nihon Kohden	Modelo: Celltac ES
Descrição: dimensão e peso compatível com o equipamento, deverá ser resistente a ferrugem e com pintura compatível com o equipamento, deverá possuir sistema de armazenamento de dados de no mínimo 12000 (doze mil) resultados, com possibilidade de qualquer tipo de armazenamento externo; deverá possuir sistema de volume de amostra aspirada com no mínimo a seguinte configuração de no mínimo 50 (cinquenta) microlitros para CBC + Diff, de no mínimo 30 (trinta) microlitros para CBC, para o modo de medicação normal de 10 (dez) ou 20 (vinte) microlitros para modo de pré-diluição, podendo ou não possuir modo capilar, mesmo com adaptação; deverá possuir no mínimo os seguintes modos de medicação: aberto, fechado, pré-diluição, alto wbc, baixo wbc e capilar; deverá possuir capacidade de leitura para no mínimo 60 (sessenta) amostras por hora; deverá contemplar no mínimo o sistema de modo aberto e fechado, sendo que no modo fechado o tubo deverá ser introduzido no equipamento com a tampa, de forma manual e sem o contato com o operador; deverão ser liberados pelo menos 25 (vinte e dois) parâmetros, devendo possuir no mínimo na série vermelha: RBC (contagem global de hemácias - impedância), HGB (hemoglobina no método colorimétrico), HTC (hematócrito devendo ser calculado a partir do histograma de RBC), VCM (volume corpuscular média, devendo ser calculado através de RBC e HGB), CHMC (concentração de hemoglobina corpuscular média, devendo ser calculado através de HCT e HGB), RDW-CV (amplitude de distribuição dos eritrócitos medido como coeficiente de variação - calculado a partir do histograma de RBC) e RDW-SD (amplitude de distribuição dos eritrócitos medido como desvio padrão devendo ser calculado a partir do histograma de RBC; na série plaquetária: PLT (plaquetas através de impedância), VPM (volume plaquetário médio, devendo ser calculado a partir do histograma de PLT), PDW (índice de anisocitose plaquetária, devendo ser calculado a partir do histograma de PLT), PCT (plaquetócrito, devendo ser calculado a partir do histograma de PLT; na série branca: WBC (sendo contagem global de leucócitos devendo comparar impedância e comparado a quantidade contada de leucócitos para diferencial, sendo que a diferencial é gerada por tamanho, complexidade e granularidade (FSS, FLS e SDS) por qualquer metodologia laser 3D, sendo NEU (%#) através de ótica da leitura por laser, LINF (%#) através de ótica da leitura por laser, MON (%#) através de ótica da leitura por laser)			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 62.000,00	Valor Total: 62.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 EVOLUÇÃO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE	037 25.325.646/0001-70	82.900,00	62.000,00	Sim
2 AMAMEDICAL SOLUÇÕES EM SAUDE EIRELE-ME	063 32.162.496/0001-96	82.900,00	63.500,00	Sim
3 SEVEN DIAGNÓSTICA	071 34.182.886/0001-53	82.900,00	75.930,00	Sim
4 BH LABORATORIOS LTDA	056 22.283.196/0001-01	82.900,00	76.050,00	Sim
5 LABINBRAZ COMERCIAL LTDA	002 73.008.682/0001-52	81.900,00	81.900,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	022 42.650.279/0001-07	82.900,00	59.890,00	Sim



**MUNICIPIO DE SANTA CECILIA
SANTA CECÍLIA-SC**

AUTORIDADE: ALESSANDRA APARECIDA GARCIA